

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ИНСТИТУТ ЗА ОНКОЛОГИЈУ И РАДИОЛОГИЈУ СРБИЈЕ
Бр. 26-20
21 SEP 2015 20__ год.
БЕОГРАД, Пастерова 14



Институт за онкологију и радиологију Србије

Пастерова 14, Београд, Србија

+381 11 2067 100


iors@ncrc.ac.rs

www.ncrc.ac.rs

ПРОЦЕДУРА ЗА ПАКОВАЊЕ ХИРУРШКОГ ВЕША И ИНСТРУМЕНАТА ЗА СТЕРИЛИЗАЦИЈУ

Ознака процедуре	П.ХИР.11
Верзија	01
Датум усвајања	21.09.2015.
Аутори процедуре	ВМС Драгана Стојановић ВМС Катарина Костић
Носилац процедуре	Доц др сц мед Иван Марковић
Процедуру одобрио	Проф. др Радан Џодић



 <p>ИНСТИТУТ ЗА ОНКОЛОГИЈУ И РАДИОЛОГИЈУ СРБИЈЕ</p>	Назив процедуре:		Ознака: П.ХИР.11
	<p>ПРОЦЕДУРА ЗА ПАКОВАЊЕ ХИРУРШКОГ ВЕША И ИНСТРУМЕНАТА ЗА СТЕРИЛИЗАЦИЈУ</p>		
	Датум: 21.09.2015.	Верзија: 01	Страна: 2 од 4

1. ДЕФИНИЦИЈЕ И СКРАЋЕНИЦЕ

ИОРС= Институт за онкологију и радиологију Србије

КОХ = Клиника за онколошку хирургију

ДХБ-дневна хируршка болница

ОС = Операционе сале

2. ПРЕДМЕТ

Ова процедура одређује активности, носиоце активности и документацију за спровођење паковања хируршког веша и инструмената за стерилизацију.

3. ПОДРУЧЈЕ ПРИМЕНЕ

Подручје примене је ИОРС, Клиника за Онколошку хирургију, Одељење Операциони блок са ДХБ – оми сва одељења у ИОРС-у чији процес рада захтева употребу стерилног материјала.


4. ОДГОВОРНОСТИ

ГЛАВНА СЕСТРА КОХ

- Контролу спровођења процедуре
- Периодичну контролу исправности вођења документације
- Израду периодичних извештаја о раду Клинике

ГЛАВНА СЕСТРА ОДЕЉЕЊА

- Прави дневни распоред медицинских сестара у операционим салама
- Контролише спровођење процедуре
- Контрола спровођења асептичног рада
- Контролу употребе средстава заштите на раду

 <p>ИНСТИТУТ ЗА ОНКОЛОГИЈУ И РАДИОЛОГИЈУ СРБИЈЕ</p>	Назив процедуре:		Ознака: П.ХИР.11
	<p>ПРОЦЕДУРА ЗА ПАКОВАЊЕ ХИРУРШКОГ ВЕША И ИНСТРУМЕНАТА ЗА СТЕРИЛИЗАЦИЈУ</p>		
	Датум: 21.09.2015.	Верзија: 01	Страна: 3 од 4

- Израду месечног извештаја о раду операционе сале

ГЛАВНА СЕСТРА ОДСЕКА

- Контролише спровођење процедуре
- Контролише спровођење асептичног рада
- Едукацију медицинских сестара
- Контролу употребе средстава заштите на раду

5. ОПИС ПРОЦЕДУРЕ

Машински третиран, опран и испеглан хируршки веш се из просторија вешераја допрема до одељења ОП блок-а са ДХБ-ом специјалним колицима. Допремљен веш се броји и пребацује на друга колица која служе за трансфер веша до просторија за слагање и паковање наменских хируршких пакета.

Хируршки веш пакује се на начин који у каснијој употреби омогућава мање покрета при отварању а све у циљу очувања стерилности. Хируршки веш пакује се у пакете заједно са санитарским материјалом. (газом, тупферима, абдоминалном газом, завојима) Хируршки пакети означени су као :

ХИРУРШКИ ПАКЕТ I


ХИРУРШКИ ПАКЕТ II

Хируршки пакет I садржи:

- хируршки матил 3 ком
- хируршки чаршав 2 ком
- хируршка компреса 2 ком

Хируршки пакет II садржи:

- хируршки мантил 1 ком
- хируршки чаршав (са шлиц прорезом) 1 ком
- хируршка компреса 14 ком
- газа 7,5x7,5цм 10 ком
- газа 15x7 цм 40 ком
- абдоминална компреса 40x25цм 6 ком
- навлака за покретни инструментарски сточић 1 ком

 <p>ИНСТИТУТ ЗА ОНКОЛОГИЈУ И РАДИОЛОГИЈУ СРБИЈЕ</p>	Назив процедуре:		Ознака: П.ХИР.11
	ПРОЦЕДУРА ЗА ПАКОВАЊЕ ХИРУРШКОГ ВЕША И ИНСТРУМЕНАТА ЗА СТЕРИЛИЗАЦИЈУ		
	Датум: 21.09.2015.	Верзија: 01	Страна: 4 од 4

Оба хируршка пакета и комплети пакују се на два начина:

1. паковање у текстил сет
2. паковање у креп папир (хавана папир за стерилизацију)

Паковање у текстил сет подразумева увијање у две компресе и хируршки чаршав (четворорслојно паковање)..

Паковање у креп папир (хавана папир) за стерилизацију омогућава одржавање стерилности хируршког веша и хируршких инструмената који се одлажу после процеса стерилизације за време складиштења до тренутка коришћења.

Два омота стерилизационог папира ојачавају паковање и омогућавају даљу гаранцију стерилности.

Хируршки пакети IиII као и хируршки инструменти обележени су индикатор траком за контролу стерилизације на који је утиснут датум важности стерилности пакета,односно сета.

Појединачни хируршки инструменти пакују се у фолије за стерилизацију,на којима постоји индикатор стерилности,а такође се означавају датумом важења исте.Стерилни инструменти на овај начин паковани,безбедно складиштени стерилни су 6 месеци.

Свакодневно се обавља контрола стелизације, важности датума стерилности као и количина стерилног материјала у операционом блоку.

6. ДОКУМЕНТИ

- Закон о здравственој заштити
- Закон о здравственом осигурању
- Закон о евиденцији и статистици
- Етички кодекс лекара
- Етички кодекс медицинских сестара
- Документација операционе сале