




Институт за онкологију и радиологију Србије

Пастерова 14, Београд, Србија
+381 11 2067 100
iors@ncrc.ac.rs www.ncrc.ac.rs

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ИНСТИТУТ ЗА ОНКОЛОГИЈУ И РАДИОЛОГИЈУ СРБИЈА
26-110
21 SEP 2015₂₀
БЕОГРАД, Пастерова

ПРОЦЕДУРА ЗА ПОСТУПАЊЕ У СЛУЧАЈУ КВАРА АПАРАТА НА ОДЕЉЕЊУ НУКЛЕАРНЕ МЕДИЦИНЕ

Ознака процедуре	П.НУК.31
Верзија	01
Датум усвајања	21.09.2015.
Аутори процедуре	Прим. др. Слободан Тасић Дипл.физ. Снежана Тарабић, спец. Мр сц мед др Ана Марковић Кољевић
Носилац процедуре	Прим. др. Слободан Тасић
Процедуру одобрио	Проф. др Радан Џодић

 <p>ИНСТИТУТ ЗА ОНКОЛОГИЈУ И РАДИОЛОГИЈУ СРБИЈЕ</p>	Назив процедуре: Процедура за поступање у случају квара апарата на одељењу нуклеарне медицине		Ознака: П.НУК.31
	Датум: 21.09.2015.	Верзија: 01	Страна: 2 од 3

1. ДЕФИНИЦИЈЕ И СКРАЋЕНИЦЕ

2. ПРЕДМЕТ

Предмет и циљ ове процедуре је да јасно дефинише одређене активности које треба предузети, како би се апарати који постоје на одељењу , а у случају квара, поправили и поново ставили у функцију.

3. ПОДРУЧЈЕ ПРИМЕНЕ

Одељење нуклеарне медицине

4. ОДГОВОРНОСТИ

За спровођење ове процедуре одговорни су сви техничари, лекари и физичар. За контролу спровођења ове процедуре одговорни су начелник Одељења нуклеарне медицине , главни техничар и физичар.

5. ОПИС ПРОЦЕДУРЕ

Запослени су дужни да се придржавају упутстава за коришћење апарата.


Дужност је сваког запосленог било физичара или радиолошког техничара који ради на одређеном апарату, да на почетку и на крају своје смене, провери стање апарата. Сви уочени недостатци се уписују у свеску кварова, која се налази поред сваког апарата и о томе се обавештава главни техничар одељења.

1.Уколико се квар може решити једноставним ресетовањем апарата, о томе се сачињава службена белешка у књизи кварова апарата.

2.Уколико ресетовање апарата не помогне у решавању проблема позива се сервисна служба задужена за одржавање апарата.

3.Уколико се квар може лако отклонити (испадање осигурача у самом апарату, или у коадном орману) позива се техничка служба у оквиру Института.

4. Уколико се квар не може отклонити, апарат је потребно искључити из градске мреже.

 ИНСТИТУТ ЗА ОНКОЛОГИЈУ И РАДИОЛОГИЈУ СРБИЈЕ	Назив процедуре: Процедура за поступање у случају квара апарата на одељењу нуклеарне медицине		Ознака: П.НУК.31
	Датум: 21.09.2015.	Верзија: 01	Страна: 3 од 3

5. Позвати техничку службу и пријавити квар на апарату.
6. Од техничке службе се добија број под којим је квар заведен.
7. Главни техничар је дужан да напише пријаву квара у наруџбеници са детаљно описаном врстом квара и спецификацијом апарата.
8. Наружбеницу потписује начелник Одељења нуклеарне медицине Института за онкологију.

6. ДОКУМЕНТА

1. Закон о безбедности и здравља на раду (Службени гласник РС бр: 101/05)
2. ИСО 9001-2001

ПРИЛОЗИ

1. Списак опреме у одељењу за нуклеарну медицине
2. Програм одржавања апарата на Одељењу нуклеарне медицине
3. План сервисирања и баждарења опреме на Одељењу нуклеарне медицине
4. Извештаји сервисера
5. Књига евиденције о пријавама кварива апарата и опреме
6. Књига евиденције сервисирања медицинских апарата