

16-85  
25 JUL 2018

Na osnovu člana 108. stav 1. Zakona o javnim nabavkama (Službeni glasnik RS br.124/12,14/15,68/15) a u vezi sa članom 32. Zakona o javnim nabavkama i usvojenog Izveštaja Komisije o stručnoj oceni ponuda br. 14-135/1 od 25.7 .2018.godine u otvorenom postupku javne nabavke medicinske opreme u po partijama, v.d. Direktora Instituta donosi

### ODLUKU O DODELI UGOVORA

kojom ugovor u predmetnoj javnoj nabavci za Partiju 1 i Partiju 2 dodeljuje ponuđaču **PAROCO MEDICAL EQUIPMENT DOO iz Novog Sada** ul. Derđa Molnara 2.

#### Obrazloženje

Odluka naručioca o dodeli ugovora je doneta nakon sprovedenog otvorenog postupka javne nabavke u skladu sa čl.32. Zakona o javnim nabavkama.

Postupka javne nabavke medicinske opreme u otvorenom postupku javne nabavke po partijama.

Predmet javne nabavke je nabavka:

PARTIJA BR.1.- višenamenski operacioni sto sa pratećim akcesorijama (2 kom.)

PARTIJA BR.2.- led operacione lampe sa satelitom -4 kom. i mogućnošću povezivanja sa HD kamerom i pratećim video sistemom i monitorom

Redni broj javne nabavke u Planu javnih nabavki za 2018.g. je za partiju br.1 - 1.9., a za partiju br.2 redni broj je 1.18.

Vrednost ove nabavke u otvorenom postupku javne nabavke kako naručilac procenjuje i očekuje je za:

PARTIJA BR.1.-višenamenski operacioni sto sa pratećim akcesorijama (2 kom.) oko 8.000.000,00 dinara bez pdv.

PARTIJA BR.2.- led operacione lampe sa satelitom -4 kom. i mogućnošću povezivanja sa HD kamerom i pratećim video sistemom i monitorom oko 6.550.000,00 dinara bez pdv.

Postupak otvaranja ponuda vođen je dana 19.07.2018. godine sa početkom u 12,30 h u Institutu za onkologiju i radiologiju Srbije.

Otvaranje ponuda je sprovedela Komisija naručioca u sledećem sastavu:

1. Dr sc Dejan Stojiljković zamenika Predsednika komisije,
2. Miroslava Mikić, MS, zamenika člana
3. Željka Jovanović, dipl.ecc., službenik za javne nabavke, zamenik člana
4. Ljubodrag Bojović, dipl.pravnik, član,

Blagovremeno su pristigle ponude sledećih ponudjača:

Ponudjač	Predstavnik	Punomoćje
<b>PAROCO MEDICAL EQUIPMENT DOO</b> iz Novog Sada, ul. Derđa Molnara 2	Vladimir Milošević	br.568/18 od 19.07.2018.g.

Neblagovremenih ponuda u predmetnoj javnoj nabavci nije bilo.

Naziv ili šifra ponuđača, broj pod kojim je ponuda zavedena i cene iz ponude i eventualni drugi podaci o ponudi (unos se za svakog ponudjača posebno) :

**PONUĐA BR. 22-269 OD DANA 19.07.2018.g. ZA NABAVKU PARTIJA 1 ELEKTRO-HIDRAULIČNI OPERACIONI STO (JN br.71) , i to :**

**PAROCO MEDICAL EQUIPMENT DOO iz Novog Sada, ul. Đerđa Molnara 2**

Ponudač ponudu podnosi :

a) samostalno

r.b.	Opis opreme	Količina	Jedinična cena bez pdv	Ukupna vrednost bez pdv
1	<p>Mobilni operacioni sto sa elektro-hidrauličnim pomeranjima svih bazičnih funkcija stola                      Gornja ploča stola mora biti u 6 sekcija: položaj za glavu, gornji deo za leđa, donji deo za leđa, sedalni deo i deo stola za položaj nogu koji je razdvojitiv.                      Visina stola bez tapacirunga od 600 mm i niže do 1050 mm i većeg raspona                      Trendelenburg pozicija + 25° / - 35° i većeg raspona                      Lateralno pomeranje 20° na obe strane i većeg raspona                      Pomeranje leđnog dela + 70° i više / - 40° i niže                      Deo stola za položaj nogu + 80° i više / - 90° i niže                      Flex pozicija 220° i više                      Reflex pozicija 140° i manje                      Longitudinalno pomeranje 310 mm i više pomoću komandi na daljinskom upravljaču                      Daljinski upravljač sa ekranom na kome su prikazana statusna obaveštenja i trenutni ugao pod kojim je postavljena radna ploča                      Mogućnost memorisanja minimum 10 pozicija na daljinskom upravljaču                      Postavljanje stola u zaključan fiksiran položaj putem podnih stopa ili sistemom uvlačenja točkova sa jednom komandom na daljinskom upravljaču                      Nosivost stola 450 kg i više u NORMAL poziciji                      Nosivost stola 250 kg i više u REVERSE poziciji                      Cela gornja ploča stola mora biti bez ukrštanja šipki zbog mogućnosti snimanja pacijenta na stolu                      Mogućnost pozicije stola : normal i revers položaja                      Specijalna baterija sa mogućnošću punjenja i kapacitetom rada najmanje 1 nedelju posle punjenja                      Elektronsko praćenje nivoa napunjenosti baterije sa optičkim</p>	1	3.915.000,00	<b>3.915.000,00</b>

	<p>indikatorom i zvučnim signalom                  Na stubu stola je neophodno da se nalazi upravljačka ploča za sve bitne funkcije stola                  Tapacirung stola treba da je lak za održavanje, sa antidekubitalnim svojstvom i da je debljine minimum 80 mm                  Mogućnost povezivanja u integrisani informacioni sistem za operacione sale                  Mogućnost nadogradnje uređaja koji se montira na bočnu šinu i pomoću koga je moguće samohodno upravljanje stolom u svim pravcima</p>			
2	<p>Mobilni operacioni sto sa elektro-hidrauličnim pomeranjima svih bazičnih funkcija stola                  Gornja ploča stola mora biti u 6 sekcija: položaj za glavu, gornji deo za leđa, donji deo za leđa, sedalni deo i deo stola za položaj nogu koji je razdvojen.                  Visina stola bez tapacirunga od 690 mm i niže do 1100 mm i većeg raspona                  Trendelenburg pozicija + 30° / - 30° i većeg raspona                  Lateralno pomeranje 18° na obe strane i većeg raspona                  Pomeranje leđnog dela + 70° i više / - 40° i niže                  Deo stola za položaj nogu + 80° i više / - 90° i niže                  Flex pozicija 220° i više                  Reflex pozicija 120° i manje                  Nosivost stola 270 kg i više                  Cela gornja ploča stola mora biti bez ukrštanja šipki zbog mogućnosti snimanja pacijenta na stolu                  Mogućnost pozicije stola : normal i revers položaja                  Postavljanje stola u u zaključan fiksiran položaj putem podnih stopa ili sistemom uvlačenja točkova sa jednom komandom na daljinskom upravljaču                  Specijalna baterija sa mogućnošću punjenja i kapacitetom rada najmanje 1 nedelju posle punjenja                  Elektronsko praćenje nivoa napunjenosti baterije sa optičkim indikatorom i zvučnim signalom                  Na stubu stola je neophodno da se nalazi upravljačka ploča za sve bitne funkcije stola                  Tapacirung stola treba da je lak za održavanje, sa antidekubitalnim svojstvom i da je debljine minimum 80 mm                  Mogućnost povezivanja u integrisani informacioni sistem za operacione sale                  Mogućnost nadogradnje uređaja koji se montira na bočnu šinu i pomoću koga je moguće samohodno upravljanje stolom u svim pravcima</p>	1	4.050.000,00	4.050.000,00
<b>Osnovica za PDV (ukupna vrednost ponude bez PDV):</b>				<b>7.965.000,00</b>
<b>Iznos PDV</b>				<b>1.593.000,00</b>
<b>UKUPNA VREDNOST PONUDE SA PDV:</b>				<b>9.558.000,00</b>

Rok isporuke: 15 dana od potpisivanja ugovora  
 Garantni rok: 12 meseci od dana puštanja u rad  
 Mesto isporuke: FCO Magacin kupca .  
 Rok i način plaćanja: 90 dana od dana prijema fakture.  
 Važnost ponude(min.120 dana):121 dan od dana otvaranja ponuda.

**PONUĐA BR.22-269 OD DANA 19.07.2018.G. ZA NABAVKU PARTIJA 2**  
**PONUĐAČ PAROCO MEDICAL EQUIPMENT DOO iz Novog Sada UL. ĐERĐA**  
**MOLNARA 2 (JN BR.71) , I TO :**  
 a) samostalno

r.b.	Opis opreme (prateći video sistem sa monitorom)	Količina	Jedinična cena bez pdv	Ukupno cena bez pdv
1	<b>Glavno svetlo + Satelit na istom stubu</b> Operaciona lampa, plafonski model sa LED tehnologijom Glavno svetlo jačine minimum 160.000 lux Satelit jačine minimum 120.000 Lux Dijametar vidnog polja od 20 do 25 cm za glavno svetlo i satelit Index rastapanja boje ( CRI ) : 95 Ra Radni vek LED dioda 60.000 časova i više Mogućnost rotacije lampe u svim pozicijama Temperatura boje u rasponu od 3.900 do 5.100 Kelvina Ambijentalno svetlo u obe kupole Zračenje glavnog svetla < 500 (W/m2) Dubina svetlosnog snopa od 100 do 110 cm Automatska kontrola inteziteta svetla Mogućnost integracije lampe u informacioni sistem operacione lampe Video preparacija za wireless <b>HD kameru</b>	4	1.296.000,00	5.184.000,00
2	<b>HD wireless kamera</b> Senzor 1/4" CMOS Video standard : 720p Broj piksela : 1.430.000 Format : 16:9 Izlaz video signala 1 x HDMI Zoom 48x (mogućnost povećanja do 144x ) Freeze : Automatsko/manuelno Mogućnost autofokus i white balance	1	886.000,00	886.000,00
3	Kamera centralno postavljena u glavnom svetlu <b>Medicinski monitor 24"</b> LCD medicinski monitor sa LED pozadinskim osvetljenjem, 24- inča Ugao gledanja 178°	1	414.000,00	414.000,00

Maksimalno osvetljenje 400 cd/m2			
<b>Osnovica za PDV (ukupna vrednost ponude bez PDV):</b>			<b>6.484.000,00</b>
<b>Iznos PDV</b>			<b>1.296.800,00</b>
<b>UKUPNA VREDNOST PONUDE SA PDV:</b>			<b>7.780.800,00</b>

Rok isporuke: 15 dana od potpisivanja ugovora  
 Garantni rok: 12 meseci od dana puštanja u rad  
 Mesto isporuke: FCO Magacin kupca .  
 Rok i način plaćanja: 90 dana od dana prijema fakture.  
 Važnost ponude (min. 120 dana): 121 dan od dana otvaranja ponuda.

Prilikom stručne ocene ponuda ponuđača, Komisija naručioca je utvrdila sledeće:

Ceneći dostavljenu ponudu ponuđača u predmetnom postupku javne nabavke, Komisija naručioca je utvrdila da je ponuđač **PAROCO MEDICAL EQUIPMENT DOO iz Novog Sada** dostavio svu traženu dokumentaciju za Partiju 1 (višenamenski operacioni sto sa pratećim akcesorijama (2 kom.) i za Partiju 2 (led operacione lampe sa satelitom (4 kom.) i mogućnošću povezivanja sa HD kamerom i pratećim video sistemom i monitorom) i ocenila kao prihvatljivu (blagovremena je, nema bitnih nedostataka, odgovarajuća je, ne ograničava prava naručioca, ne uslovljava prava naručioca, ne ograničava obaveze ponuđača,).

**Kriterijum za izbor najprihvatljivije ponude je kriterijum NAJNIŽE PONUĐENA CENA.**

U predmetnoj javnoj nabavci shodno gore navedenom kriterijumu, po osnovu predloga komisije V.D. direktora Instituta donosi odluku o dodeli ugovora kojom ugovor u predmetnoj javnoj nabavci za Partiju 1 i Partiju 2 dodeljuje ponuđaču **PAROCO MEDICAL EQUIPMENT DOO iz Novog Sada**.  
 Na osnovu predloga Komisije i prihvaćenog Izveštaja o stručnoj oceni ponuda, doneta je odluka kao u dispozitivu.

**POUKA O PRAVNOM LEKU:** Protiv ove odluke može se podneti Zahtev za zaštitu prava u roku od 10 (deset) dana od dana objavljivanja odluke o dodeli ugovora na portalu Uprave za javne nabavke .Zahtev za zaštitu prava podnosi se naručiocu .  
 Kopiju Zahteva za zaštitu prava podnosioc istovremeno dostavlja Komisiji za zaštitu prava.

V.D. DIREKTORA INSTITUTA ZA  
 ONKOLOGIJU I RADIOLOGIJU SRBIJE

Prof.dr Radan Džodić

Dostaviti:  
 -Odeljenju za javne nabavke  
 -arhivi