

## СВИМ ЗАИНТЕРЕСОВАНИМ ЛИЦИМА

У складу са чл.63, став 2. ЗЈН, наручилац доставља одговор на постављено питање потенцијалног понуђача у вези конкурсне документације за ЈН.5/20, медицински потрошни материјал по партијама

### Питање:

У табели 1., тендерске документације, у партији бр. 1-Абдоминални дрен, силиконски, навели сте да тражите величине од бр. 12-бр. 30. Обзиром да се код многих произвођача разликују величине у распону од 12 до 30, молимо Вас да прецизирате које тачно величине тражите

### Одговор:

За партију 1-Абдоминални дрен, силиконски, , силиконски, од бр.12 до бр.30 ,појединачно упакован, минималне дужине 50 цм, нетоксични, апиروجени, мекани, отпорни на савијање, стерилни. Одговарајућа перфорација која не дозвољава увлачење ткива у дрен. Потребно је да имају маркер за радиолошку детекцију, шест латералних рупа. Доставити обавезно узорак – 2 комада бр.18 и бр.24 како би се испитала функционалност истих на одељењу хирургије

Уз опис дрена додају се речи: са конусно формираним перфорацијама на дренау. Величина је дефинисана у конкурсној документацији: од бр.12 до бр. 30. и остаје непромењена.

3  
Комисија за ЈН.5/20- медицински потрошни материјал по партијама

