

## СВИМ ЗАИНТЕРЕСОВАНИМ ЛИЦИМА

**Предмет: ЈН.13/20- набавка медицинског потрошног материјала за стерилизацију по партијама**

У складу са чл. 63, став 2., Наручилац одговара на постављено питање потенцијалног понуђача у делу конкурсне документације која се односи на медицински потрошни материјал за стерилизацију и истовремено врши појашњавање конкурсне документације.

### Питање:

Партија 4:

„За ставку 4.1 **Димензије производа-20ммx180мм,+/- 5мм**

-Да ли је Вам је потребан индикатор тип 4 дупли или појединачни?

-Ако Вам је потребан дупли индикатор тип 4, да ли је прихватљива већа разлика у димензијама од тражене, с обзиром да је чињеница да димензије индикатора не утичу на квалитет истих?

### Одговор:

У конкурсној документацији, за партију 4- Индикатори контроле стерилизације, траже се следеће техничке спецификације за ставку 4.1.:

Ставка: 4.1- Хемијски индикатор за влажну стерилизацију, класе IV, **дупли листић**, а 500 ком, димензија: 20ммx180мм, ±5мм.

Према томе у конкурсној документацији налази се одговор на постављена питања:

- Тражи се дупли листић,
- Дозвољено одступање у диманзијама је ±5 мм.

**Наручилац овим одговором врши појашњење конкурсне документације потенцијалном понуђачу.**

Напомена: Измене конкурсне документације, наручилац је извршио кроз измене конкурсне документације у два документа, објављена на порталу УЈН и нтернет страници наручиоца. Пошто се ради о само два документа и кратком року који је остао до дана отварања понуда, наручилац неће објавити нову интергралну измењену верзију конкурсне документације- набавка материјала за стерилизацију. Понуђачи објављене измене примењују у достављеним понудама.

**Комисија за ЈН. 13/20-материјал за стерилизацију**

